

## EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das nachfolgend bezeichnete Produkt wurde entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien und Normen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder einer nicht bestimmungsgemäßen Anwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

<i>Produktbezeichnung:</i>	Laborzentrifuge
<i>Produkttyp:</i>	Sigma 8KS Sigma 8KBS, Sigma 8KHBS
<i>Bestellnummer:</i>	10620, 10621, 10622, 10623, 90916, 91032, 10630, 10631, 10632, 10633, 91300, 91301, 91583  10625, 10626, 91080, 91143, 91155, 10634, 10635, 10636, 91302, 91594
<i>Richtlinien:</i>	2006/42/EG      Maschinenrichtlinie 2014/35/EU      Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU      EMV-Richtlinie (EU) 2015/863    RoHS-Richtlinie
<i>Normen:</i>	EN 61010-2-011:2017 EN 61010-2-020:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61326-1:2013

### Sigma Laborzentrifugen GmbH

An der Unteren Söse 50  
37520 Osterode

CE-Dokumentationsbeauftragter:  
Eckhard Tödteberg

Osterode, 07.04.2020



Geschäftsführer